

รายการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมกรณีการขออนุญาตเปิดคลินิกไตเทียม

- หนังสือรับรองการเปิดให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ๑ ฉบับ
- แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ แบบ ส.พ.๖ ของแพทย์ และ พยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงาน
 - ๑. หนังสือรับรองแพทย์ หรือ หนังสือรับรองพยาบาล คนละ ๑ ฉบับ
 - ๒. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติบัตร หรือหนังสือรับรอง (ด้านไตเทียม) คนละ ๑ ฉบับ

เอกสารแสดงมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรฐานการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาล ดังนี้

- แบบแปลนภายในแผนกที่แสดงมาตราส่วน และ ระยะต่างๆที่จำเป็น มีการแสดงรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญ เช่น ประตู ทางสัญจร ผัง ครุภัณฑ์ ที่จำเป็นตามประกาศฯ (1 ยูนิต=สี่ตารางเมตร) ๑ ชุด
- เอกสารแสดงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างสำรอง ๑ ชุด
- เอกสารแสดงห้องปฏิบัติการชั้นสูงที่ได้มาตรฐาน เช่น ใบอนุญาตจากหน่วยงานราชการ และสามารถวิเคราะห์ผลการชั้นสูงได้เท่าที่จำเป็น เช่น Routine lab, KT/V, URR, HBsAb, Anti-HCV, EKG, CXR
- เอกสารรับรองมาตรฐานเครื่องไตเทียม /คู่มือประจำเครื่องฉบับภาษาไทย และเกณฑ์การทำความสะอาดและการทำนุบำรุงเครื่อง ๑ ชุด
- เอกสารรับรองมาตรฐานระบบทำน้ำบริสุทธิ์, เกณฑ์การทำความสะอาดและควบคุมคุณภาพของน้ำบริสุทธิ์
- ผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำบริสุทธิ์จากตำแหน่งที่นำน้ำบริสุทธิ์มาใช้ ได้แก่ ตำแหน่งที่จ่ายน้ำบริสุทธิ์เข้าเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่อง ตำแหน่งที่ใช้ล้าง และเตรียมตัวกรองเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำ และตำแหน่งของน้ำ Dialysis ของเครื่องไตเทียมแต่ละเครื่อง อย่างน้อย ๒๕% ของตำแหน่งต่างๆ และมีแผนส่งเพาะเชื้อเป็นประจำทุกเดือน
- ผลการตรวจหาสารปนเปื้อนทางเคมีตามมาตรฐานของ AAMI ของน้ำบริสุทธิ์ และมีแผนส่งตรวจอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง
- เอกสารการรับรองมาตรฐานตัวกรองเลือด ๑ ชุด
- รายการเครื่องมือและยาในการปฏิบัติการกู้ชีพ
- ระบบการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉิน
- หนังสือรับรองการส่งต่อผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน ๑ ชุด
- คู่มือระบบควบคุมการติดเชื้อและการดูแลความสะอาดภายในคลินิก ๑ ชุด
- แบบฟอร์มภายในแผนกที่สำคัญ ตามประกาศฯ ๑ ชุด
- ระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยออกตามท่อระบายน้ำสาธารณะ ๑ ชุด

*หมายเหตุ : ทุกรอบ ทุกวัน ที่มีบริการ ต้องมีบุคลากรครบตามประกาศกระทรวงฯ กำหนด *