

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ วรรคสอง (๑๑) (ข) แห่งกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะผู้อนุญาตโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสถานพยาบาลออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง มาตรฐานรถทันตกรรม”

ข้อ ๒ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในประกาศฉบับนี้

“รถทันตกรรม” หมายความว่า ยานพาหนะสำหรับให้บริการทันตกรรม

ข้อ ๔ มาตรฐานการให้บริการโดยรถทันตกรรม ดังนี้

(๑) มาตรฐานโครงสร้างรถทันตกรรม

(ก) ให้มีขนาด เครื่องอุปกรณ์ และส่วนควบเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบกกำหนด

(ข) มีการแสดงป้ายชื่อสถานพยาบาล และสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรถทันตกรรม

ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน

(๒) มาตรฐานการจัดพื้นที่ใช้สอยภายในรถทันตกรรม ต้องจัดให้มีที่ซักประวัติ ที่จัดทำเวชระเบียนบริการ พื้นที่ให้บริการต้องมีความเหมาะสมต่อการให้บริการ และการเคลื่อนย้ายผู้รับบริการ

(๓) มาตรฐานอุปกรณ์ภายในรถทันตกรรม

(ก) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ข) มีพัดลมระบายอากาศ (ตามมาตรฐานที่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการ)

(ค) มีระบบไฟฟ้าและจัดให้มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มีกำลังเพียงพอ สำหรับอุปกรณ์

ที่จำเป็น และติดตั้งไฟแสงสว่างฉุกเฉินตามจุดที่จำเป็น

(ง) มีระบบน้ำสำหรับให้บริการทันตกรรม และระบบการกำจัดน้ำทิ้งที่เหมาะสม

(จ) มีภาชนะรองรับขยะติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อ

(ฉ) มีอ่างล้างมือชนิดที่ไม่ใช้มือเปิด - ปิดพร้อมน้ำยาทำความสะอาด

(ช) หลักฐานแสดงการเตรียมความพร้อมใช้ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ของ

รถทันตกรรม

(๔) มาตรฐานเครื่องมือ เครื่องใช้ในการให้บริการภายในรถทันตกรรม

(ก) ยูนิตทำฟัน ประกอบด้วยระบบให้แสงสว่าง ระบบเครื่องกรองฟัน ระบบดูดน้ำลาย

ระบบน้ำบ้วนปาก และเก้าอี้คนไข้

(ข) เก้าอี้ทันตแพทย์ และเก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์

(ค) เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้มีการทำความสะอาดและทำให้ปราศจากเชื้อที่เหมาะสม หรือมีหม้อนึ่งอบความดันที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อในกรณีที่ต้องฆ่าเชื้อซ้ำ

(ง) ชุดตรวจฟัน อดฟัน ถอนฟัน ชุดรักษาโรคเหงือก ชุดชุดหินน้ำลาย และเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นตามขอบเขต ที่ให้บริการ

กรณีมีเครื่องเอกซเรย์ฟันและมีกากัมรังสีหรือห้องเอกซเรย์ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างครบถ้วน

(๕) มาตรฐานยา และเวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินที่ให้บริการภายในรถทันตกรรม

(ก) มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ถังบีบลมพร้อมหน้ากากครอบ ช่วยชีวิตการหายใจ ออกซิเจน และเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

(ข) ยา เวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์อื่นที่สามารถให้การรักษาพยาบาล และช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างน้อย ได้แก่ ยาฉีดอะดรีนาลีน ยาฉีดสเตียรอยด์ ยาแก้แพ้ กลูโคส ยาอมใต้ลิ้น เพื่อขยายหลอดเลือดและเซตให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประนอม คำเที่ยง

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ